

社内検査成績書

第〇〇〇〇〇〇号

提出先 日本度器株式会社
品名 ステンレス製 巻尺 J I S 1級
目盛の長さ 全長 30m 一目盛 1mm
器物番号 〇〇〇〇

1. 検査項目 長さ

呼び寸法(mm)	実測値(mm)
5000	5000.0
10000	10000.0
15000	15000.0
20000	20000.0
25000	25000.0
30000	30000.0
以下	余白

2. 備考 (1)上記の値は、張力20Nを加えたときの温度20℃における値です。
(2)この社内検査は、標準巻尺 No.〇〇〇〇を用いて検査しました。
(3)J I S規格で定められた長さの許容差
1級 $\pm(0.2 + 0.1L)$ mm L: 測定長(m)
但し、端面を基点とする巻尺の場合(例:タンク巻尺)、上式に ± 0.2 mmを加えた値です。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

検印	検査

日本度器株式会社