

社内検査成績書

提出先 日本度器株式会社 殿
品名 ホワイトスチール製 ミニ型パイ尺
目盛の長さ 円周目盛 3m 一目盛 1mm
直径目盛 1m π 一目盛 0.5mm
器物番号 ○○○

1. 検査項目 長さ

表す量 (円周目盛)	実測値
3,000mm	3,000.0

表す量 (直径目盛)	実測値	計算値
1,000mm	3,141.6	3,141.6

2. 備考

- (1) 上記の実測値は、張力20Nを加えたときの温度20℃における値です。
- (2) 計算値は $\pi=3.14159$ とし、小数点以下第二位の値を四捨五入した数値です。
- (3) この社内検査は、標準巻尺 No.○○○○及びDIA標準巻尺 No.○○○○を用いて検査しました。
- (4) 社内規格値
円周：全長において ± 0.5 mm
直径：実測値と計算値の差において ± 1.0 mm

平成○○年○○月○○日

検印	検査

日本度器株式会社