

# 社内検査成績書

提出先 日本度器 株式会社 殿  
品名 アウトサイド・ダイヤメーターテープ (D-3V)  
測定範囲 50mm $\pi$ ～300mm $\pi$   
器物番号 No. 〇-〇〇〇  
材質 SUS301  
材料厚さ 0.2mm

## 1. 検査項目 長さ

測定範囲	実測値	計算値
50mm	157.7	157.71
100mm	314.8	314.79
150mm	471.9	471.87
200mm	628.9	628.95
250mm	786.0	786.03
300mm	943.1	943.11
以下余白		

## 2. 備考

- (1)上記の実測値は、張力20Nを加えたときの温度20℃における値です。
- (2)計算値は $\pi=3.14159$ とし、材料厚さを補正して計算した値の小数点以下第三位の値を四捨五入した数値です。
- (3)この社内検査は、標準直尺 No.〇〇〇〇を用いて検査しました。
- (4)保証精度は、直径寸法に対して $\pm 0.1$ mmです。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

検印	検査

日本度器株式会社