

社内検査成績書

提出先 日本度器株式会社 殿
品名 パイメーター (πM-31)
測定範囲 円周目盛 100mm ~ 310mm 一目盛 1 mm
直径目盛 30mmπ ~ 100mmπ 一目盛 0.2 mm
器物番号 ○○○

1. 検査項目 長さ (円周・直径)

表す量 (円周目盛)	実測値
310mm	310.0

表す量 (直径目盛)	実測値	計算値
100mm	314.2	314.2

2. 備考

- (1) 上記の実測値は、張力10Nを加えたときの温度20℃における値です。
- (2) 計算値は $\pi = 3.14159$ とし、小数点以下第二位の値を四捨五入した数値です。
- (3) この社内検査は、標準巻尺 No.○○○○及びDIA標準巻尺 No.○○○○を用いて検査しました。
- (4) 社内規格値
円周：表す量において ± 0.3 mm
直径：実測値と計算値の差において ± 0.4 mm

平成○○年○○月○○日

検印	検査

日本度器株式会社