

社内検査成績書

提出先 ***株式会社 殿
品名 ステンレス製 タンク巻尺 JIS1級
型式 STT-30
器物番号 ****
材質 SUS301
線膨張係数 $14.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
張力 20N
使用標準器 標準巻尺 No.1509
使用期限 2025年09月13日
目盛の仕様 目盛の有効長さ30m 目量1mm
検査項目 長さ

| 呼び寸法(mm) | 検査結果(mm) | 社内規格(mm) |
|----------|----------|----------|
| 5000 | 5000.0 | ±0.7 |
| 10000 | 10000.0 | ±1.2 |
| 15000 | 15000.0 | ±1.7 |
| 20000 | 20000.0 | ±2.2 |
| 25000 | 25000.0 | ±2.7 |
| 30000 | 30000.0 | ±3.2 |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |

備考

- ①検査結果は、上記の線膨張係数にて標準温度20°Cに換算した値です。
(線膨張係数は実測値ではなく、推定値です。)
- ②目盛線の読取りは、目盛面の稜から約0.2mmの位置で行いました。
- ③JIS1級の規格で定められた長さの許容差は、測定長をL(m)として、
±(0.2+0.1L)mm、但し端面を基準とする場合はその値に0.2mmを加えた
値です。
- ④上記数値は社内規格における合格の範囲内です。

令和4年(2022年)1月1日

 日本度器株式会社

