

社内検査成績書

提出先 ***株式会社 殿
品名 アウトサイド・ダイアメーターテープ
型式 D-9V
器物番号 ****
材質 SUS301
線膨張係数 $14.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
張力 20N
テープ厚み $0.2\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$
使用標準器 標準直尺 No.E986
使用期限 2025年10月19日
標準巻尺 No.0806
使用期限 2023年04月16日
測定範囲 $550\text{mm} \pi \sim 900\text{mm} \pi$
検査項目 長さ

呼び寸法(直径)	検査結果(mm)	基準値(mm)	社内規格値(mm)
550mm	1728.50	1728.50	± 0.18
600mm	1885.58	1885.58	± 0.18
650mm	2042.66	2042.66	± 0.18
700mm	2199.74	2199.74	± 0.18
750mm	2356.82	2356.82	± 0.18
800mm	2513.90	2513.90	± 0.18
850mm	2670.98	2670.98	± 0.18
900mm	2828.06	2828.06	± 0.18
	以下	余白	

備考

- ①検査結果は、上記の線膨張係数にて標準温度 20°C に換算した値です。
(線膨張係数は実測値ではなく、推定値です。)
- ②目盛線の読取りは、目盛面の稜から約 0.2mm の位置で行いました。
- ③基準値は $\pi = 3.14159$ とし、テープ厚みを補正して計算した値の
小数点以下第三位の値を四捨五入した数値です。
- ④上記数値は社内規格における合格の範囲内です。

令和4年(2022年)1月1日

 日本度器株式会社


